



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA

CNPJ: 18.585.570/0001-56 - PRAÇA DO ROSÁRIO N° 365 – CENTRO – CEP: 38.960-000 – PRATINHA-MG

www.pratinha.mg.gov.br

## AVISO DE ALTERAÇÃO - 1º ADENDO AO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2020

1º Adendo do Edital Pregão Eletrônico nº 06/2020 cujo objeto é a Aquisição de Aparelho de Raio X, com todos os serviços de Instalação e Treinamento Operacional INCLUSOS.

O Município de Pratinha, torna público para conhecimento dos interessados a seguinte alteração no Edital acima referido.

- Fica alterada a planilha do item 4.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital que passará a ter a seguinte redação:

Item	Código	Descrição do item	UND	QTD	Vlr.Unitário	Vlr. Total	Valor mínimo do intervalo de lances
1	18642	CONJUNTO RADIOLÓGICO ANALÓGICO FIXO, GERADOR DE ALTA FREQUENCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO, ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA, 220 VAC/60HZ,FAIXA DE KVS DE 40 A 150 KV,FAIXA DE MA DE 20 A 800 MA, FAIXA DE TEMPO 6,3S, POTENCIA DO GERADOR MINIMO DE 50KW. TUBO DE RAIOS X DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO , CAPACIDADE TERMICADO ANODO GIRATÓRIA 300 KH. COLIMADOR LUMINOSO, TEMPORIZADOR ELETRONICO DE 30 S E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ROTAÇÃO COLIMADOR 360 GRAUS. ESTATIVA PORTA TUBO TIPO CHÃO MESA, FREIOS ELETROMAGNÉTICOS, ROTAÇÃO VERTICAL DA COLUNA 360 GRAUS. MESA RADIOLÓGICATAMPO FLUTUANTE LARGURA MÍNIMA 80CM/COMPRIMENTO MÍNIMO 2,15 CM , CAPACIDADE ATÉ250 KG, DESLOCAMENTO ELEVATÓRIO 56 A 76 CM, DESLOCAMENTO DO TAMPOLONGITUDINAL 70 CM/TRANSVERSAL 24 CM, DIMENSÕES, COM GRADE DIFUSORA, INDICAÇÃO DE CENTRALIZAÇÃO DO TAMPO. MURAL BUCKY DESLOCAMENO COM FAIXA VERTICAL 130 CM,ANGULAÇÃO +/- 90 GRAUS, EQUIPADO COM GRADE DIFUSORA, FREIOS ELETROMAGNÉTICOS , MOVIMENTO VERTICAL/ MECANICO PARA INCLINAÇÃO . PAINEL DE COMANDO INDICAÇÃO DE PARAMETROS KV,MAS,MA, TIPO DE MOSTRADOR DIGITAL,POSSIBILIDADE DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO,INDICAÇÃO DE FOCO ,BOTÃO DE EMERGÊNCIA,PRINCIPAIS PROTEÇÕES: PROTEÇÃO TERMICA DO CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS X;FALHA DO CIRCUITO DE FILAMENTO DE SUB E SOBRE CORRENTE,FALHA DO CIRCUITO GIRATÓRIO DE SUB E SOBRE CORRENTE,TEMPO DE EXPOSIÇÃO ACIMA DO PERMITIDO,SISTEMA PARA PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DO TUBO DE	UN	1	R\$ 118.333,33	R\$ 118.333,33	R\$ 50,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA

CNPJ: 18.585.570/0001-56 - PRAÇA DO ROSÁRIO N° 365 – CENTRO – CEP: 38.960-000 – PRATINHA-MG

[www.pratinha.mg.gov.br](http://www.pratinha.mg.gov.br)

		RAIO X . GARANTIA MINIMA DE 12 MESES , EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO ANVISA ,INSTALAÇÃO INCLUSA,TREINAMENTO TÉCNICO PARA A EQUIPE DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO.PAGAMENTO MEDIANTE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Desta forma em atendimento ao § 4º do artigo 21 da Lei 8.666/199, os prazos para recebimento das propostas e início da sessão ficam alterados na seguinte forma: Limite Acolhimento das propostas comerciais até às 09h10min do dia 01/12/2020. Abertura da sessão: às 09h10min do dia 01/12/2020, no endereço eletrônico, [w.w.w.licitanet.com.br](http://w.w.w.licitanet.com.br). Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF.

- Ficam mantidas todas as demais cláusulas, condições do Edital e seus Anexos.

Prefeitura Municipal de Pratinha- MG, 17 de Novembro de 2020.

John Wercollis de Moraes  
Prefeito Municipal